ChecklistGuro

Lista Kontrolna Konserwacji Sprzętu Medycznego W Szpitalu Checklist

Sprzęt do opieki nad pacjentami

Lista kontrolna sprzętu niezbędnego do opieki nad pacjentem.

Data ostatniej kontroli

Wprowadź datę...

Wysokość łóżka (cale)

Wprowadź liczbę...

Ustawienia redukcji ucisku materaca (1-10)

Wprowadź liczbę...

Stan listew bocznych

- [ ] Doskonały
- [ ] Dobrze.
- [ ] Sprawiedliwy
- [ ] Ubogi

Zauważone usterki

- [ ] Hałasująca operacja
- [ ] Problemy z regulacją wysokości
- [ ] Zużyte obicie
- [ ] Problemy z zamkiem
- [ ] Brak.

Uwagi/Dodatkowe uwagi

Napisz coś...

Podpis technika

Sprzęt do Diagnostyki Obrazowej

Prace konserwacyjne dla aparatów rentgenowskich, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i ultrasonografii.

Prąd lampy rentgenowskiej (mA)

Wprowadź liczbę...

Napięcie lampy rentgenowskiej (kV)

Wprowadź liczbę...

Data ostatniej kalibracji – Aparat RTG

Wprowadź datę...

Zdarzenia gwałtownego rozmagnesowania magnesu rezonansu magnetycznego (od ostatniego przeglądu)

Wprowadź liczbę...

Stan cewki gradientowej MRI

- [ ] Normalny
- [ ] Drobny szum
- [ ] Znaczący hałas
- [ ] Potrzebna naprawa

Data ostatniej wymiany filtra - CT

Wprowadź godzinę...

Uwagi/Obserwacje – USG

Napisz coś...

Przesłanie obrazu - Wynik kalibracji

Upload File

Sprzęt do rehabilitacji oddechowej

Wentylatory, nebulizatory, koncentratory tlenu oraz pokrewne urządzenia.

Data ostatniej kalibracji

Wprowadź datę...

Odczyty ciśnienia (psi)

Wprowadź liczbę...

Przepływ (l/min)

Wprowadź liczbę...

Status nawilżania

- [ ] Funkcjonalny
- [ ] Wymaga naprawy.
- [ ] Sprawiedliwość wymierzana jest.

Czy zauważył(a) coś niezwykłego lub niepokojącego?

Napisz coś...

Sprawdzone filtry?

- [ ] Filtr wlotowy
- [ ] Filtr wylotowy
- [ ] Filtr nawilżacza

Czas kalibracji

Wprowadź godzinę...

Urządzenia do sterylizacji

Autoklawy, sterylizatory i pokrewne procesy w kontroli zakażeń.

Data ostatniej weryfikacji cyklu

Wprowadź datę...

Czas cyklu (minuty)

Wprowadź liczbę...

Temperatura (°C)

Wprowadź liczbę...

Ciśnienie (PSI)

Wprowadź liczbę...

Typ cyklu

- [ ] Grawitacja
- [ ] Czyszczenie parą
- [ ] Przemieszczenie powietrza

Uwagi/Obserwacje dotyczące cyklu

Napisz coś...

Raport weryfikacji cyklu

Upload File

Badanie jakości wody

- [ ] Przejdź.
- [ ] Zawód
- [ ] Wymaga dalszych testów.

Czas rozpoczęcia cyklu

Wprowadź godzinę...

Systemy zasilania awaryjnego

Generatory, systemy zasilania awaryjnego i infrastruktura zasilania zapasowego.

Data ostatniego testu generatora

Wprowadź datę...

Czas pracy generatora (godziny)

Wprowadź liczbę...

Poziom paliwa (galony/litry)

Wprowadź liczbę...

Rodzaj paliwa

- [ ] Diesel
- [ ] Benzyna
- [ ] Propan
- [ ] Gazu ziemnego

Czas ostatniego testu

Wprowadź godzinę...

Obserwacje/Uwagi z Ostatniego Testu

Napisz coś...

Załącz Raport z Testów (opcjonalnie)

Upload File

Status przesyłki UPS

- [ ] Działa poprawnie.
- [ ] Ostrzeżenie
- [ ] Błąd
- [ ] Offline

Systemy podtrzymywania życia

Sprzęt niezbędny do podtrzymywania życia pacjenta, wymagający rygorystycznej konserwacji.

Ciśnienie wentylatora (cmH_2O)

Wprowadź liczbę...

Przepływ tlenu (l/min)

Wprowadź liczbę...

Data ostatniej wymiany filtra

Wprowadź datę...

Czas testu alarmu

Wprowadź godzinę...

Czy zaobserwowano jakieś nietypowe odgłosy?

Napisz coś...

Tryb wentylatora

- [ ] Regulacja głośności
- [ ] Kontrola ciśnienia
- [ ] Pomoc w kontroli

Wykonano testy funkcjonalne.

- [ ] Włączanie/Wyłączanie
- [ ] Dostawa hurtowa
- [ ] Reakcja na alarm
- [ ] Status baterii zapasowej

Podpis technika

Urządzenia monitoringu

Monitory EKG, aparaty do pomiaru ciśnienia krwi oraz inne urządzenia do monitorowania stanu pacjentów.

Tętno (uderzeń na minutę)

Wprowadź liczbę...

Ciśnienie krwi (skurczowe)

Wprowadź liczbę...

Ciśnienie krwi (dolne)

Wprowadź liczbę...

Nasycenie Tlenem (%)

Wprowadź liczbę...

Oddech (oddechów/min)

Wprowadź liczbę...

Data ostatniej kalibracji

Wprowadź datę...

Czas czytania

Wprowadź godzinę...

Uwagi/Obserwacje

Napisz coś...

Sprzęt do mobilności i transportu

Wózki inwalidzkie, łóżka szpitalne, windy i pomoce do przenoszenia pacjentów.

Data ostatniej inspekcji

Wprowadź datę...

Ciśnienie w oponach wózka inwalidzkiego (PSI)

Wprowadź liczbę...

Funkcjonalność poręczy łóżkowych

- [ ] W pełni sprawny
- [ ] Drobny problem
- [ ] Wymaga naprawy.
- [ ] Niefunkcjonalny

Badanie windy – Zaznacz wszystkie pasujące opcje.

- [ ] Stan akumulatora
- [ ] Integralność kabli
- [ ] Działanie silnika
- [ ] Funkcja zatrzymania awaryjnego
- [ ] Pojemność udźwigu potwierdzona.

Uwagi/Obserwacje dotyczące przemieszczania się krzesła lub jego funkcji.

Napisz coś...

Podpis technika

Wyposażenie laboratoryjne

Analizatory, wirówki i inne urządzenia wykorzystywane w diagnostyce.

Żarówka spektrofotometru - godziny pracy

Wprowadź liczbę...

Data ostatniej kalibracji (odwirowywarce)

Wprowadź datę...

Ostatni czas PM (urządzenie PCR)

Wprowadź godzinę...

Współczynnik kalibracji pH

Wprowadź liczbę...

Czy zauważono jakieś nietypowe obserwacje?

Napisz coś...

Warunki Przechowywania Reagentów

- [ ] Odpowiednia temperatura
- [ ] niestabilny
- [ ] Wygasły

Dołącz certyfikaty kalibracyjne.

Upload File

Systemy HVAC i kontrola klimatu

Utrzymuj optymalną temperaturę i jakość powietrza w szpitalu.

Data ostatniej wymiany filtra

Wprowadź datę...

Temperatura Powietrza Dostarczanego (F)

Wprowadź liczbę...

Temperatura Powrotnego Powietrza (F)

Wprowadź liczbę...

Obroty wentylatora

Wprowadź liczbę...

Poziom czynnika chłodniczego

- [ ] Optymalny
- [ ] Niski
- [ ] Wysoki
- [ ] Niesprawdzone

Uwagi dotyczące wydajności systemu

Napisz coś...

Kolejna planowana data przeglądu

Wprowadź datę...

Dołącz raport konserwacji/obrazy

Upload File